

ADAPTIVE NEUROSTIMULATION (ANM)

Die sensationelle Chance zur Behandlung eines
tonalen chronischen Tinnitus

durch adaptive Neuromodulation mittels akustischem Stimulator T 30 CR
in Form eines Coordinated Reset

Wiedervorstellung in der HNO-Praxis
zur Programmierung
des akustischen Stimulators T 30 C

Um optimale Voraussetzungen zu korrekter Kontrolle der bereits aufgefundenen ANM-
Therapie-Parameter zu erzielen,

ist die Überprüfung der Mittelohr und Hörparameter unverzichtbar,

speziell um keine Mittelohr- Hörfehler in die Justierungsmessung zu importieren,
dazu dient nach der Ohrmikroskopie die Tympanometrie.

Die Tonaudiometrie dient zur Sicherung, um bei dem gesamten Vorgehen sicherzustellen,
dass sich keine Hörverschlechterung einschleicht.